

Pilot Flex Run Times

Brand	Machine Model	Pressure (cm H2O)	Humidifier and Heated Tubing	Run Time
ResMed	AirMini	Low - 5	No	19hrs 42min
		Medium - 10		12hrs 44min
	AirSense 10	Low - 5	Yes	2hrs 33min
			No	15hrs 54min
		Medium - 10	Yes	2hrs 16min
			No	11hrs 20min
	AirSense 11	Low - 5	Yes	2hrs 59min
			No	17hrs 55min
		Medium - 10	Yes	2hrs 17min
			No	11hrs 34min
Philips Respironics	DreamStation 1	Low - 5	Yes	3hrs 13min
			No	19hrs 13min
		Medium - 10	Yes	3hrs 2min
			No	12hrs 16min
	DreamStation 2	Low - 5	Yes	3hrs 5min
			No	17hrs 55min
		Medium - 10	Yes	2hrs 53min
			No	12hrs
Löwenstein	Löwenstein Prisma SMART	Low - 5	No	17hrs 59min
		Medium - 10	No	12hrs 49min
BMC	Luna G3	Low - 5	Yes	3hrs 16min
			No	27hrs 8min
		Medium - 10	Yes	3hrs 6min
			No	14hrs 47min

Users may experience minor differences in run times based on personal setup and equipment used.